


### 单一来源采购专家论证意见

采购人	河南省产品质量检验技术研究院
项目信息	项目名称：河南省产品质量检验技术研究院多模式进样口采购项目
	项目金额：75000.00 元
	供应商名称：安捷伦科技贸易(上海)有限公司
专业人员信息	姓名：何娟
	职称：教授
	联系电话：13838011367
	工作单位：河南工业大学
专业人员 论证意见	<p>河南省产品质量检验技术研究院目前所用气质联用仪为安捷伦 8890-7000E，拟采购的多模式进样口需与此仪器配套使用，实现无缝对接，确保安装后不影响仪器整体性能，安捷伦多模式进样口的核心技术（包括机械设计、电气控制、软件算法等）受专利保护，其他厂商无法提供完全兼容的替代产品。</p> <p>故建议采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	何娟
论证日期	2026 年 01 月 08 日

注：本表格一人一表填写论证意见并签字。

### 单一来源采购专家论证意见

采购人	河南省产品质量检验技术研究院
项目信息	项目名称：河南省产品质量检验技术研究院多模式进样口采购项目
	项目金额：75000.00 元
	供应商名称：安捷伦科技贸易(上海)有限公司
专业人员信息	姓名：祝志超
	职称：高级工程师
	联系电话：13503866135
	工作单位：花园集团
专业人员 论证意见	<p>项目单位现有气质联用仪为 8890-7000E 型号安捷伦气质联用仪，经项目单位市场调研，进样口与主机之间的通信协议、数据交换格式等为安捷伦专有技术，未向第三方开放，其他厂商无法实现与现有系统的无缝集成。鉴于此，建议采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	
论证日期	2026 年 01 月 08 日

注：本表格一人一表填写论证意见并签字。

### 单一来源采购专家论证意见

采购人	河南省产品质量检验技术研究院
项目信息	项目名称：河南省产品质量检验技术研究院多模式进样口采购项目
	项目金额：75000.00 元
	供应商名称：安捷伦科技贸易(上海)有限公司
专业人员信息	姓名：张艳
	职称：高级工程师
	联系电话：13703828639
	工作单位：机械工业第六设计研究院有限公司
专业人员 论证意见	<p>安捷伦品牌 8890-7000E 型号气质联用仪的多模式进样口需与现有 MassHunter 工作站软件完全兼容，序列设置、方法编辑、数据采集等功能需在同一软件平台下完成，避免多软件操作带来的数据不一致性和操作复杂性。经采购人市场调研和技术论证，原厂供应商安捷伦科技贸易(上海)有限公司能够提供完整的安装调试、技术培训、软件升级、维修保养等配套服务，确保仪器长期稳定运行。故建议采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	张艳
论证日期	2026 年 01 月 08 日

注：本表格一人一表填写论证意见并签字。